

Scalis®

Pesée médicale

Scalis® est un instrument de pesage de classe III de la métrologie, suivant la directive 2009/23/CE. Spécialement conçue pour être montée sur un lève-personnes équipé d'une sangle, **Scalis®** assure la pesée des patients.

La pesée est facile à installer sur tout type de lève-personnes sol ou sur rail au plafond.

Scalis® est immédiatement prête à l'emploi et autonome grâce à sa batterie lithium longue durée et son arrêt automatique temporisé.

Une fois montée sur le lève-personnes, il n'est pas nécessaire de décrocher la pesée ; la mettre simplement en fonction en appuyant sur la touche de mise sous tension.

La pesée permet de transférer et peser la personne en une seule opération.



Scalis® est équipée d'anneaux à rotule intégrée permettant la fixation au bras du lève-personnes et à la suspension.

L'anneau à rotule intégrée permet la mobilité angulaire et le libre positionnement de la pesée dans son axe vertical. Il convient parfaitement à tous les lève-personnes, évite les perturbations lors du pesage de patients agités et stabilise le poids. Il permet ainsi une précision maximale.

Un mousqueton spécifique peut être fourni à la demande afin d'adapter la pesée au lève-personnes.

Scalis® permet de peser de 2 kg à 300 kg avec une précision de 100 g.

Mise à zéro automatique instantanée et affichage du poids 5 secondes environ après activation de la touche.

Livré conformément à la réglementation française de la métrologie, vignette de vérification primitive et carnet métrologique.

Description

Coque en aluminium 163 x 77 x 57 mm L x l x h.

Hauteur hors tout, y compris les anneaux à rotule intégrée haut et bas : 156 mm.

Grande visibilité de l'affichage à cristaux liquides (LCD) et notamment des cinq chiffres de lecture du poids.

Affichage et mémorisation de la Tare.

Fonctions accessibles par touches sensibles.

Poids indiqué en livres ou kilogrammes sur simple pression de touche.

Arrêt automatique après temporisation de 3mn afin d'économiser la batterie.

Autonomie moyenne d'un an selon la fréquence d'utilisation.

Spécifications techniques

Instrument de Pesage à Fonctionnement Non Automatique de Classe III.

Anneau à rotule : Ø 32 mm, perçage Ø 12 mm, entraxe centre des anneaux : 124mm

Plage de température d'utilisation de -10° C à + 40° C.

Pile au lithium d'origine recommandée 1200 mAh, 9V cellule 6LR61, permettant environ 3000 pesées.

Pesage de 2 kg à 300 kg avec une précision de 100 g.

Respect des Directives Européennes

- Directive CE 2009/23/CE des I.P.F.N.A

Instrument de Pesage à Fonctionnement Non Automatique :

Classe III Certification CE du NMI

organisme notifié n° 0122, numéro d'homologation : T7472,

Certificat de test : TC7473

- Conformité à la directive 2006/95/CE

relative aux équipements basse tension

- Conformité à la directive 2004/108/CE

relative à la compatibilité électromagnétique

Certifications Société

La pesée **Scalis®** est fabriquée et vérifiée par SCALEO Medical

SCALEO Medical est certifié ISO 9001 : 2008 et ISO 13485: 2003 par Veritas

Le système Qualité de SCALEO Medical est approuvé par les organismes notifiés suivants:

- S.N.C.H. - Organisme notifié n° 0499 - pour le développement et la fabrication de dispositifs médicaux
Certificat L 0844241-00
- L.N.E. - Organisme notifié n° 0071 - pour la fabrication et la réparation des Instruments de Pesage
à Fonctionnement Non Automatique. Certificats n° 17215-o et n° 17216-o

Conformément au code de la santé publique, il est de la responsabilité de l'installateur de la pesée, de s'assurer de la conformité de la combinaison lève-personnes / pesée aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CE permettant le marquage CE des Dispositifs Médicaux et notamment à la norme EN 10535 relative aux lève-personnes.

CE Tous les produits PRAXIS Medical Technologies sont marqués CE.



praxis
medical technologies

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France

Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39

e-mail : info@praxismedical.com - <http://www.praxismedical.com>

CACHET DISTRIBUTEUR